

名称：上海同友济计测技术有限公司

地址：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园大厦副楼一楼 1010 室

注册号：CNAS L19511

生效日期：2025 年 12 月 08 日 截止日期：2029 年 11 月 19 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 1 认可的实验室关键场所一览表

关键场所	地址代码	地址/邮编	设施特点	主要活动	说明	生效日期
	A	上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园大厦副楼一楼 1010 室/200433	I	(2), (3), (4), (5)		2025-12-08
	B	上海市金山区亭林镇林吉路 833 弄 1365 号 1 层/201505	I	(2), (3)		2025-12-08
	C	上海市金山区亭林镇油车村/201505	I	(2), (3)		2025-12-08

注：

- 1. 设施特点包括 I 固定、II 离开固定设施、III 临时、IV 可移动、V 其他。
- 2. 主要活动包括 (1) 检测、(2) 校准、(3) 签发报告/证书、(4) 样品接收、(5) 合同评审、(6) 其他。



No. CNAS L19511

名称：上海同友济计测技术有限公司

地址：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园大厦副楼一楼 1010 室

注册号：CNAS L19511

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 12 月 08 日 截止日期：2029 年 11 月 19 日

附件 5 认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
测绘仪器							
1	全站型电子速测仪（测角）、 电子经纬仪	角度	全站型电子速测仪检定规程 JJG 100	水平方向：(0~360)°	$U=0.18''$	全站型电子速测仪的测距部分在上海市金山区亭林镇油车村校准。	2025-12-08
				竖直角：(-30~30)°	$U=0.28''$		2025-12-08



在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
2	光学经纬仪	角度	光学经纬仪检定规程 JJG 414	水平方向: $(0\sim 360)^{\circ}$	$U=0.24''$		2025-12-08
				竖直角: $(-30\sim +30)^{\circ}$	$U=0.5''$		2025-12-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



No. CNAS L19511

名称：上海同友济计测技术有限公司

地址：上海市金山区亭林镇林吉路 833 弄 1365 号 1 层

注册号：CNAS L19511

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 12 月 08 日 截止日期：2029 年 11 月 19 日

附件 5 认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
测绘仪器							
1	全站型电子速测仪（测角）、 电子经纬仪	角度	全站型电子速测仪检定规程 JJG 100	水平方向: (0~360)°	$U=0.18''$	全站型电子速测仪的测距部分在上海市金山区亭林镇油车村校准。	2025-12-08
				竖直方向: (-32~+32)°	$U=0.28''$		2025-12-08



No. CNAS L19511

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
2	光学经纬仪	角度	光学经纬仪检定规程 JJG 414	水平方向: $(0\sim 360)^\circ$	$U=0.24''$		2025-12-08
				竖直方向: $(-32\sim +32)^\circ$	$U=0.5''$		2025-12-08
3	水准仪	角度	水准仪检定规程 JJG 425	$i: (-25\sim +25)''$	$U=1.7''$		2025-12-08
4	水准标尺	长度	水准标尺检定规程 JJG 8	因瓦尺: $(0\sim 3)\text{m}$	$U=10\text{ }\mu\text{m}$		2025-12-08
				普通标尺: $(0\sim 2)\text{m}$	$U=0.1\text{mm}+3\times 10^{-6}L$		2025-12-08
				普通标尺: $(2\sim 5)\text{m}$	$U=0.2\text{mm}+3\times 10^{-6}L$		2025-12-08



名称：上海同友济计测技术有限公司

地址：上海市金山区亭林镇油车村

注册号：CNAS L19511

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 12 月 08 日 截止日期：2029 年 11 月 19 日

附件 5 认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
测绘仪器							
1	全站型电子速测仪（测距）、光电测距仪	长度	光电测距仪检定规程 JJG 703	加常数: (30~1005)m	$U=0.4\text{mm}$	全站型电子速测仪的测角部	2025-12-08
				乘常数: (30~1005)m	$U=0.6 \times 10^{-6}D$		2025-12-08



在线扫码获取验证

No. CNAS L19511

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
				测距综合标准差: (30~1005)m	$l=0.5\text{mm}+0.9\times 10^{-6}D$	分在上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园大厦副楼一楼1010室或上海市金山区亭林镇林吉路833弄1365号1层校准。	2025-12-08
2	全球导航卫星系统 (GNSS) 接收机 (测地型和导航型)	长度	全球导航卫星系统 (GNSS) 接收机 (测地型和导航型) 检定规程 JJG 1200	天线相位中心一致性: (3~6)m	$l=1.2\text{mm}$	不校: 参考站接收机	2025-12-08
				静态测量/水平距离: (6~48)m	$l=3.2\text{mm}$		2025-12-08
				静态测量/水平距离: 48m~55.6km	$l=3.4\text{mm}+3\times 10^{-7}D$		2025-12-08
				静态测量/高差: (24~48)m	$l=3.8\text{mm}$		2025-12-08
				RTK: (24~48)m	$l=4.0\text{mm}$		2025-12-08



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
				导航定位精度:6m~55.6km	$l=0.8m$		2025-12-08
3	手持式激光测距仪	长度	手持式激光测距仪检定规程 JJG 966	$D: (0.5\sim 48)m$	$l=1.0mm+1.2\times 10^{-5}D$		2025-12-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



No. CNAS L19511